ЕТГ ЕООД

медицинска апаратура, сервиз, лабораторни диагностични тестове

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР MEDICA EASYLYTE PLUS

ПРОТОКОЛ

Клиент		**Град**	
Сериен № на апарата		**Дата**	

		Проверка	Подмяна
1	**Тюбинги на ролкова помпа**		
2	**Игла**		
3	**Пълнещ разтвор**		
4	**Тюбинг на иглата**		
5	**Мембрана**		

		Проверка	Почистване
6	**Движение на иглата**		
7	**Клапа**		
8	**Електроди**		
9	**Принтер**		

10	**Калибрационни стойности**	Норма	Получени
	Na	50-64	
	K	50-64	
	Cl	40-64	
11	**Стойности на електродите**	Норма	Получени
	Na	35-125	
	K	35-125	
	Cl	35-125	

		Успешен
12	**Fluid Flow Test**	
13	**Sample Detector Test**	
14	**Pumpcal Test**	

15	**Възпроизводимост**	I	II
	Na		
	K		
	Cl		

16	**Коментари и препоръки**

Анализаторът отговаря на техническите характеристики на производителя. **Да** ☐ **Не** ☐

Сервизен инженер: **Клиент:**

(.....) (.....)

СОБСТВЕНОСТ НА ЕТГ ЕООД

София 1504, ул. "Тракия" № 15, ет. 1, офис 1
тел.: (02) 846 81 62 тел./факс: (02) 846 81 63
www.etgdiag.com e-mail: office@etgdiag.com