ПОЛУАВТОМАТИЧЕН ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ **ERMA PCE-170** (ЯПОНИЯ)

Техническа спецификация

Измервани параметри	RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, SW, SW%, MW, MW%, LW, LW%, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB
Функции на измерването	Хистограми: RBC, PLT, WBC Индикатор за нормално ниво: RBC, HCT, PLT, WBC, HGB Диаметър на апертурата: 80 µm Време на измерване: приблизително 30 секунди
Обем на пробата и съотношение на разреждане	Венозна проба 40 µl, Разреждане WBC, HGB 1:200 RBC, PLT 1:40000 Капилярна кръв 20 µl, Разреждане WBC, HGB 1:400, RBC, PLT 1:80000
Метод на измерване	RBC, WBC, PLT: електрорезистивен метод HCT: метод на детекция на пулсова висока стойност на RBC MCH: изчислява се от RBC и HCT MCHC:изчислява се от HGB и HCT RDW: изчислява се от отклонението в разпределението на RBC HGB: колориметричен метод
Принтер	термален, 58 мм хартия
Дисплей	течно-кристален, със задно осветление
Интерфейс	RS232C
Захранване	220 V
Размери	300 мм (Ш) x 390 мм (Д) x 375 мм (В)
Тегло	15.7 кг

София 1504, ул. "Тракия" № 15, ет. 1, офис 1
тел.: (02) 846 81 62 тел./факс: (02) 846 81 63
www.etgdiag.com e-mail: office@etgdiag.com